

G211/67

G211/68

G211/69

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

Test tube, round bottom, screw cap, 20x150 mm หรือ 20 mL

1. เป็นหลอดทดลองลักษณะก้นกลม สำหรับงาน Tissue culture หรือ Bacteria พร้อมฝาเกลียวปิด
2. มีคุณสมบัติ ดังนี้
 - 2.1 หลอดทำจากแก้ว Borosilicate ส่วนฝาเกลียวทำจาก Phenolic compound และมีแผ่นรองชนิด Rubber Liner ประกอบอยู่ด้านในฝา
 - 2.2 หลอดและฝาทนต่ออุณหภูมิและนึ่งฆ่าเชื้อได้
3. หลอดมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง x ความยาวประมาณ 20 x 150 มิลลิเมตร หรือมีความจุไม่น้อยกว่า 20 มิลลิลิตร
4. การรับรองคุณภาพหรือเงื่อนไขอื่นๆ
 - 4.1 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
 - 4.2 ผู้ขายต้องแนบตัวอย่างให้ผู้ทดสอบอย่างน้อย 1 ชิ้น โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25๖๘.



(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์




ประธานกรรมการ

(นางสาววิภาดา สิริสมภพชัย)




รองประธานกรรมการ

(นางสาวเนาวรัตน์ กำภูศิริ)




กรรมการ

(นางสาวสุวรรณี ศรีสุวรรณ)



กรรมการ

(นางสาวรัฐกานต์ ศรีศิริ)



กรรมการและเลขานุการ

(นายเกรียงไกร เกื้อกุล)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25๖๙



(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์



(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์