

G216/67

G 216/68

G 216/69

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

Membrane filter, cellulose acetate, pore size 0.2 μ m, diameter 47 mm

1. เป็นแผ่นกรองวงกลม สำหรับงานวิเคราะห์ด้าน Biological analysis, Clinical analysis, Sterility tests และ Scintillation measurements
2. ทำจาก Cellulose acetate หรือ Hydrophilic polyethersulfone มีรูพรุนขนาด 0.2 ไมครอนเมตร
3. มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 47 มิลลิเมตร
4. การรับรองคุณภาพหรือเงื่อนไขอื่นๆ
 - 4.1 มีเอกสาร Certificate of Analysis ของสินค้าแต่ละชุดที่ส่งมอบ (Lot) จากบริษัทผู้ผลิต โดยแนบมาพร้อมกับวันที่ส่งสินค้า
 - 4.2 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
 - 4.3 ขนาดบรรจุ 100 แผ่นต่อกล่อง
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.๒๙

(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

ประธานกรรมการ

(นางสาววิภาดา สิริสมภพชัย)

รองประธานกรรมการ

(นางสาวเนาวรัตน์ กำภูศิริ)

กรรมการ

(นางสาวสุวรรณี ศรีสุวรรณ)

กรรมการ

(นางสาวรัฐกานต์ ศรีศิริ)

กรรมการและเลขานุการ

(นายเกรียงไกร เกื้อกุล)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.๒๙

(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์