

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
Volumetric flask, Class A, 250 mL

1. เป็นขวดวัดปริมาตรสารละลาย พร้อมจุกปิด
2. มีคุณสมบัติ ดังนี้
 - 2.1 เป็นเครื่องแก้ว Class A
 - 2.2 ขวดทำจากแก้ว Borosilicate ส่วนจุกปิดทำจากแก้วหรือ Polyethylene (PE) หรือ Polypropylene (PP) หรือ Teflon ที่สามารถปิดขวดได้สนิทพอดี
 - 2.3 มีขีดบอกปริมาตรที่คอขวดชัดเจน
 - 2.4 มีค่าความผิดพลาด (Tolerance หรือ Error limits หรือ Accuracy limits) ไม่เกิน ± 0.12 มิลลิลิตร
3. ขนาดความจุ 250 มิลลิลิตร
4. เอกสารหรือเงื่อนไขอื่นๆ
 - 4.1 เป็นเครื่องแก้วที่ผลิตตามมาตรฐาน ISO 1042 หรือ ASTM E288
 - 4.2 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.๖๙

(นายอุดม เจื้อจันท์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

ประธานกรรมการ

(นางสาววิภาดา สิริสมภพชัย)

รองประธานกรรมการ

(นางสาวเนาวรัตน์ กัญศิริ)

กรรมการ

(นางสาวสุวรรณี ศรีสุวรรณ)

กรรมการ

(นางสาวรัฐกานต์ ศรีศิริ)

กรรมการและเลขานุการ

(นายเกรียงไกร เกื้อกุล)

(นายอุดม เจื้อจันท์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์