

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

Dispenser, 5 - 50 mL

1. เป็นตัวจ่ายสารละลาย มีจุดปิดที่ปากตัวจ่ายสารละลายหรือมีระบบวาล์วเพื่อป้องกันการระเหยของสารภายในกระบอกและมีขีดบอกระดับปริมาตรมองเห็นได้ชัด
2. มีคุณสมบัติ ดังนี้
 - 2.1 มีค่า accuracy ที่ผิดพลาด (inaccuracy หรือ systematic error) ไม่เกิน ± 0.5 เปอร์เซ็นต์และมีค่า precision ที่ผิดพลาด (imprecision หรือ random error หรือ %CV) ไม่เกิน 0.1 เปอร์เซ็นต์
 - 2.2 มีค่าความละเอียดในการปรับปริมาตร (subdivision หรือ separation หรือ graduation) ไม่เกิน 1.0 มิลลิลิตร
 - 2.3 สามารถใช้กับตัวทำละลายอินทรีย์ (organic solvent) ได้
3. สามารถจ่ายสารละลายได้ตั้งแต่ 5 - 50 มิลลิลิตร
4. การรับรองคุณภาพหรือเงื่อนไขอื่น ๆ
 - 4.1 มีใบรับรองผ่านการสอบเทียบ (calibration certificate) จากห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ในวันส่งมอบ
 - 4.2 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
 - 4.3 มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษา 1 ชุด
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด




..... ประธานกรรมการ
(นางสาววิภาดา สิริสมภพชัย)




..... รองประธานกรรมการ
(นางสาวเนาวรัตน์ กำภูศิริ)



..... กรรมการ
(นางสาวสุวรรณี ศรีสุวรรณ)



..... กรรมการ
(นางสาวรัฐกานต์ ศรีศิริ)



..... กรรมการและเลขานุการ
(นายเกรียงไกร เกื้อกุล)



(นายจิรภัทร อินทร์สุข)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์