

G261/67

G261/68

G261/69

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

Centrifuge tube, conical bottom, screw cap, 15 mL

1. เป็นหลอด Centrifuge ทรง conical bottom พร้อมฝาเกลียว สำหรับใส่ตัวอย่างเพื่อนำมาวิเคราะห์
2. มีคุณสมบัติดังนี้
 - 2.1 หลอดทำจากพลาสติกชนิด Polypropylene ฝาเกลียวทำจากพลาสติกชนิด High density polyethylene หรือดีกว่า สามารถหมุนปิดได้สนิทไม่รั่วซึม
 - 2.2 สามารถทนการปั่นเหวี่ยงได้ด้วยความเร็วรอบสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 8,000 x g ได้โดยไม่รั่วซึม
 - 2.3 ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว
3. มีความจุประมาณ 15 มิลลิลิตร พร้อมขีดบอกปริมาตรและตัวเลขชัดเจนอยู่ข้างหลอด สามารถอ่านค่าความละเอียดได้ 0.5 มิลลิลิตร มีพื้นที่เป็นแถบสำหรับเขียนรายละเอียด
4. การรับรองคุณภาพหรือเงื่อนไขอื่น ๆ
 - 4.1 มีใบรับรองคุณภาพการวิเคราะห์ของสินค้า Lot ที่ส่งมอบแนบมาพร้อมสินค้าในวันส่งมอบ
 - 4.2 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 หรือ ISO 13485
 - 4.3 ผู้ขายต้องแนบตัวอย่างมาให้ผู้ใช้ทดสอบอย่างน้อย 20 ชิ้น โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ
5. ส่งมอบตามสถานที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.๒๙



ประธานกรรมการ


(นางสาววิภาดา สิริสมภพชัย)





(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์



รองประธานกรรมการ
(นางสาวเนาวรัตน์ กำภูศิริ)


กรรมการ
(นางสาวสุวรรณี ศรีสุวรรณ)


กรรมการ
(นางสาวรัฐกานต์ ศรีศิริ)



กรรมการและเลขานุการ
(นายเกรียงไกร เกื้อกุล)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.๒๙



(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์



(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์