

G275/67

G 275/68

G 275/69

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

Syringe membrane filter, Nylon, pore size 0.2 μ m, diameter 13 mm

1. เป็นตัวกรอง สำหรับกรองสารละลายก่อนเข้าเครื่อง HPLC
2. มีคุณสมบัติ ดังนี้
 - 2.1 เนื้อแผ่นกรองเป็นชนิด Nylon มีขนาด (pore size) 0.2 ไมโครเมตร ตัว Housing ทำจากพลาสติกชนิด Polypropylene แบบไม่มีสี
 - 2.2 มีพื้นที่สำหรับกรอง (Filtration area) ไม่น้อยกว่า 1.0 ตารางเซนติเมตร และมีปริมาตรคงค้างไม่เกิน 30 ไมโครลิตร
 - 2.3 สามารถทนความดันขณะกรองได้ไม่น้อยกว่า 75 psi
 - 2.4 สามารถต่อเข้ากับ Syringe ได้ โดยมีข้อต่อชนิด Female luer lock inlet และ Male luer outlet ให้ยึดติดแน่นกับ Syringe
3. มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 13 มิลลิเมตร
4. การรับรองคุณภาพหรือเงื่อนไขอื่นๆ
 - 4.1 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 และรับประกันคุณภาพสินค้าตลอดอายุการใช้งาน
 - 4.2 ระบุชนิดแผ่นกรองและขนาด pore size ของ membrane บนตัว housing อย่างชัดเจน บรรจุในภาชนะมีฝาปิดสนิทและมีสารป้องกันความชื้น ข้างภาชนะมีฉลากแสดงรายละเอียดของสินค้าอย่างชัดเจน
 - 4.3 ผู้ขายต้องแนบตัวอย่างมาให้ผู้ซื้อทดสอบอย่างน้อย 20 ชิ้น โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด


ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.๖๙



..... ประธานกรรมการ
(นางสาววิภาดา สิริสมภพชัย)



(นายอุดม เจือจันทร์)




..... รองประธานกรรมการ
(นางสาวเนาวรัตน์ กำนาศิริ)


ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์



..... กรรมการ
(นางสาวสุวรรณี ศรีสุวรรณ)



..... กรรมการ
(นางสาวรัฐกานต์ ศรีศิริ)



..... กรรมการและเลขานุการ
(นายเกรียงไกร เกื้อกุล)



(นายอุดม เจือจันทร์)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.๖๘

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์



(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์