

G297/67

G-297168

G297169


รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
โพรบ (Probe) สำหรับตรวจดีเอ็นเอของแพะ


1. เป็นโพรบจากการสังเคราะห์ขึ้นส่วนดีเอ็นเอที่ทราบลำดับเบส มีความจำเพาะต่อยีนแพะ
ที่ต้องการศึกษา ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.๖๘
2. ประกอบด้วย
 - 2.1 ตัวติดตามโพรบ
 - 2.2 เอกสารกำกับการใช้งาน
3. มีคุณสมบัติ ดังนี้ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
 - 3.1 เป็น Oligonucleotide ที่ใช้ตรวจติดตามสำหรับปฏิกิริยา Real-time PCR ซึ่งติดฉลาก
ด้วยสารเรืองแสงชนิด TAMRA
 - 3.2 มีขนาดสังเคราะห์ไม่น้อยกว่า 25 nmol
 - 3.3 ผ่านกระบวนการทำให้บริสุทธิ์ด้วยวิธี HPLC
 - 3.4 มีการตรวจสอบคุณภาพโดย Mass spectrometry
4. เก็บรักษาที่อุณหภูมิตามที่ผู้ผลิตกำหนด ขณะขนส่งจนถึงส่งมอบ
5. การรับรองคุณภาพหรือเงื่อนไขอื่น ๆ
 - 5.1 มีใบรับรองคุณภาพสินค้า (Certificate of Analysis) ของ Lot ที่ส่งมอบมาแสดงในวันที่
ส่งมอบและรับประกันคุณภาพสินค้าตลอดอายุการใช้งาน
 - 5.2 บริษัทผู้ผลิตต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 ซึ่งต้องมีหลักฐานแสดงที่อยู่ชัดเจน
สามารถตรวจสอบได้
 - 5.3 ผู้ขายต้องมีเจ้าหน้าที่ด้านวิชาการที่สามารถสาธิตการใช้ ให้คำแนะนำ ตลอดจนแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้นภายหลังการขาย ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.๖๙
6. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด



..... ประธานกรรมการ
(นางสาววิภาดา สิริสมภพชัย)



(นายอุดม เจือจันทร์)


..... รองประธานกรรมการ
(นางสาวเนาวรัตน์ กำภูศิริ)


..... กรรมการ
(นางสาวสุวรรณี ศรีสุวรรณ)


..... กรรมการ
(นางสาวรัฐกานต์ ศรีศิริ)


..... กรรมการและเลขานุการ
(นายเกรียงไกร เกื้อกุล)


(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์