

G299/67

G 299/68

G 299/69

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
8-Tube Strips (White) for Real-time PCR

1. เป็นหลอดทดลองสีขาว ตัวหลอดเรียงติดกันเป็นแถวจำนวน 8 หลอด พร้อมฝาเรียบใส (flat) เรียงติดกันเป็นแถวจำนวน 8 ฝา ใช้สำหรับงานตรวจวิเคราะห์ด้วยเทคนิค PCR
2. มีคุณสมบัติ ดังนี้
 - 2.1 ทำจากพลาสติกชนิด Polypropylene
 - 2.2 สามารถใช้งานร่วมกับเครื่อง Real-time PCR รุ่น LightCycler® 480 ที่ผู้ใช้มีอยู่ได้
3. สามารถบรรจุสารละลาย Reaction volume ได้ที่ 10-50 ไมโครลิตร
4. การรับรองคุณภาพหรือเงื่อนไขอื่น ๆ
 - 4.1 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
 - 4.2 ผู้ขายต้องแนบตัวอย่างมาให้ผู้ใช้ทดสอบอย่างน้อย 1 ชิ้น โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ
 - 4.3 บรรจุ 120 strips ต่อกล่อง
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.68



(นายอุดม เจื้อจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์



..... ประธานกรรมการ

(นางสาววิภาดา สิริสมภพชัย)




.....รองประธานกรรมการ

(นางสาวเนาวรัตน์ กำภูศิริ)




.....กรรมการ

(นางสาวสุวรรณี ศรีสุวรรณ)



.....กรรมการ

(นางสาวรัฐกานต์ ศรีศิริ)



.....กรรมการและเลขานุการ

(นายเกรียงไกร เกื้อกุล)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.69



(นายอุดม เจื้อจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์



(นายอุดม เจื้อจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์