

G332/67

G-332/68

G-332/69

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
Volumetric flask, class A, 25 mL

1. เป็นขวดวัดปริมาตรสารละลาย พร้อมจุกปิด
2. มีคุณสมบัติ ดังนี้
 - 2.1 เป็นเครื่องแก้ว class A หรือ class AS
 - 2.2 ขวดทำจากแก้ว borosilicate ส่วนจุกปิดทำจากพลาสติกชนิด polytetrafluoroethylene (PTFE) หรือ polyethylene (PE) หรือ polypropylene (PP) ที่สามารถปิดขวดได้สนิทพอดี
 - 2.3 มีขีดบอกปริมาตรที่คอขวดชัดเจน
 - 2.4 มีค่าความผิดพลาด (tolerance หรือ error limits หรือ accuracy limits) ไม่เกิน ± 0.03 มิลลิลิตร
3. ขนาดความจุ 25 มิลลิลิตร
4. การรับรองคุณภาพหรือเงื่อนไขอื่นๆ
 - 4.1 มีใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตของ lot ที่ส่งมอบ แนบมาพร้อมในวันส่งมอบสินค้า
 - 4.2 เป็นเครื่องแก้วที่ผลิตตามมาตรฐาน ISO 1042 หรือ ASTM E288
 - 4.3 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.๖๙



..... ประธานกรรมการ
(นางสาววิภาดา สิริสมภพชัย)




(นายอุดม เจริญจันทร์)




..... รองประธานกรรมการ
(นางสาวเนาวรัตน์ กำภูศิริ)



..... กรรมการ
(นางสาวสุวรรณี ศรีสุวรรณ)



..... กรรมการ
(นางสาวรัฐกานต์ ศรีศิริ)



..... กรรมการและเลขานุการ
(นายเกรียงไกร เกื้อกุล)



(นายอุดม เจริญจันทร์)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.๖๙

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์



(นายอุดม เจริญจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์