

G368/67

G368/68

G368/69

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
Dispenser ใช้สำหรับกรดเข้มข้นขนาด 5-50 มิลลิลิตร

1. เป็นตัวจ่ายสารละลาย มีจุดปิดที่ปากตัวจ่ายสารละลายหรือหมุนปิดไม่ให้สารละลายไหลออกมา และมีขีดบอกระดับปริมาตรมองเห็นได้ชัดเจน
2. มีคุณสมบัติดังนี้
 - 2.1 มีค่า accuracy ที่ผิดพลาดไม่เกิน ± 0.5 เปอร์เซ็นต์ หรือมีค่า systematic error ไม่เกิน 0.5 มิลลิลิตร
 - 2.2 มีค่า %CV ที่ผิดพลาดไม่เกิน 0.1 เปอร์เซ็นต์ หรือมีค่า random error ไม่เกิน 0.05 มิลลิลิตร
 - 2.3 มีค่าความละเอียดในการปรับปริมาตรไม่เกิน 1.0 มิลลิลิตร
 - 2.4 สามารถใช้กับกรดในตริกที่มีความเข้มข้นไม่น้อยกว่า 65 เปอร์เซ็นต์ได้
3. สามารถจ่ายสารละลายได้ตั้งแต่ 5 – 50 มิลลิลิตร
4. การรับรองคุณภาพหรือเงื่อนไขอื่นๆ
 - 4.1 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
 - 4.2 มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษา 1 ชุด
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

(นายอุดม เจื้อจันทร)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

ประธานกรรมการ

(นางสาววิภาดา สิริสมภพชัย)

รองประธานกรรมการ
(นางสาวเนาวรัตน์ กำภูศิริ)

กรรมการ
(นางสาวสุวรรณี ศรีสุวรรณ)

กรรมการ
(นางสาวรัฐกานต์ ศรีศิริ)

กรรมการและเลขานุการ
(นายเกรียงไกร เกื้อกุล)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.๖๙

(นายอุดม เจื้อจันทร)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

(นายอุดม เจื้อจันทร)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์