

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ชุดทดสอบสำหรับตรวจสอบสารตกค้างกลุ่ม β -Agonist ในเนื้อเยื่อสัตว์ โดยใช้เทคนิค
Competitive enzyme immunoassay

1. เป็นชุดทดสอบ สำหรับตรวจสอบสารตกค้างกลุ่ม β -Agonist ในเนื้อเยื่อสัตว์ ได้แก่ กล้ามเนื้อ และตับ โดยใช้เทคนิค Competitive enzyme immunoassay
2. ใน 1 ชุด ประกอบด้วย
 - 2.1 Microtiter Plate แบบ Strip (12 strips x 8 wells)
 - 2.2 ชุดสารละลายมาตรฐานชนิดพร้อมใช้
 - 2.3 สารละลายมาตรฐานความเข้มข้นไม่ต่ำกว่า 100 ng/ml
 - 2.4 Conjugate
 - 2.5 Wash buffer หรือ Rinsing buffer
 - 2.6 Substrate
 - 2.7 Stop solution
 - 2.8 คู่มือการใช้งานชุดทดสอบและขั้นตอนการเตรียมตัวอย่างทุกชนิดตามที่คุณผลิตระบุไว้
3. มีคุณสมบัติ ดังนี้

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.๖๙

 - 3.1 สามารถตรวจสอบที่ระดับต่ำสุด (Limit of Detection) ไม่เกินค่าดังนี้
 - 3.1.1 Clenbuterol ไม่เกิน 0.5 ng/g หรือ ppb
 - 3.1.2 Salbutamol ไม่เกิน 0.6 ng/g หรือ ppb
 - 3.2 มีความจำเพาะ (Cross reactivity) ต่อสารในกลุ่ม β -Agonist ดังนี้

(นายอุดม เจือจันทร์)

 - 3.2.1 Clenbuterol ไม่น้อยกว่า 100 %
 - 3.2.2 Salbutamol ไม่น้อยกว่า 100 %

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
 - 3.3 ใช้งานได้ดีที่อุณหภูมิห้อง (ประมาณ 20-25 องศาเซลเซียส)
4. มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 10 เดือน นับตั้งแต่วันส่งมอบ โดยระบุวันหมดอายุ (Expiry date) ของผลิตภัณฑ์บนภาชนะที่บรรจุ และที่ขวด Reagent ทุกชนิด และบรรจุในบรรจุภัณฑ์จากผู้ผลิตโดยตรง
5. การรับรองคุณภาพหรือเงื่อนไขอื่นๆ
 - 5.1 กรณีสั่งซื้อมากกว่า 20 ชุด ผู้ขายต้องแนบตัวอย่างชุดทดสอบที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์จากผู้ผลิตโดยตรง มาให้ผู้ซื้อทดสอบ 1 ชุด กรณีที่ผู้ซื้อต้องการทดสอบควบคู่กัน ต้องนำชุดทดสอบที่เป็นชุดการผลิตเดียวกันและอุปกรณ์มาใช้ทดสอบเอง
 - 5.2 มีใบรับประกันคุณภาพสินค้า (Certificate of Quality) ของ Lot ที่ส่งมอบมาแสดงในวันที่ส่งมอบ และยื่นเอกสารรับประกันคุณภาพสินค้าตลอดอายุการใช้งาน

1๕๕/๖

5.3 ชุดทดสอบ...

- 5.3 ชุดทดสอบที่ส่งมอบต้องเป็นชุดการผลิตเดียวกับชุดทดสอบที่ส่งมาให้ทดสอบประสิทธิภาพ และเป็นชุดการผลิตเดียวกันทั้งหมด ในกรณีที่ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบชุดทดสอบชุดการผลิตเดียวกับที่ทำการทดสอบประสิทธิภาพได้ จะต้องนำชุดทดสอบ ชุดการผลิตที่จะส่งมอบมาให้เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์หรือเจ้าหน้าที่ด้านวิชาการของผู้ขายทำการทดสอบก่อนการส่งมอบอย่างน้อย 1 สัปดาห์
- 5.4 บริษัทผู้ผลิตต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 หรือ GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 ซึ่งต้องมีหลักฐานแสดงที่อยู่ชัดเจนสามารถตรวจสอบได้
- 5.5 ผู้ขายต้องมีเจ้าหน้าที่ด้านวิชาการที่สามารถสาธิตการใช้ ให้คำแนะนำ ตลอดจนแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายหลังการขาย
- 5.6 ส่งข้อมูลการพิสูจน์ความใช้ได้ของชุดทดสอบ (Validation) ของตัวอย่างเนื้อเยื่อสัตว์ ได้แก่ กล้ามเนื้อและตับ
- 5.7 เก็บรักษาที่อุณหภูมิประมาณ 2-8 องศาเซลเซียส ขณะขนส่งจนถึงวันส่งมอบ
6. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.๖.๙




..... ประธานกรรมการ
(นางสาววิภาดา สิริสมภพชัย)




(นายอุดม เจื้อจันทร)




..... รองประธานกรรมการ
(นางสาวเนาวรัตน์ กำภูศิริ)



..... กรรมการ
(นางสาวสุวรรณี ศรีสุวรรณ)



..... กรรมการ
(นางสาวรัฐกานต์ ศรีศิริ)



..... กรรมการและเลขานุการ
(นายเกรียงไกร เกื้อกุล)



(นายอุดม เจื้อจันทร)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์