

G382/67

G382/68

G382/69

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
Volumetric pipette, Class A, 0.5 mL

1. เป็นปิเปตแบบปริมาตร
2. มีคุณสมบัติ ดังนี้
 - 2.1 เป็นเครื่องแก้ว Class A หรือ Class AS
 - 2.2 ทำจากแก้ว Borosilicate หรือ Soda-lime
 - 2.3 มีค่าความผิดพลาด (Tolerance หรือ Error limit) ไม่เกิน ± 0.006 มิลลิลิตร
3. มีขนาดความจุ 0.5 มิลลิลิตร และมีขีดบอกปริมาตรที่ชัดเจน
4. การรับรองคุณภาพ
 - 4.1 มีใบรับรองผลการวิเคราะห์ (Certificate of Analysis) หรือใบรับรองคุณภาพการผลิต (Certificate of Conformity) ของ Lot ที่ส่งมอบจากผู้ผลิต แนบมาพร้อมในวันที่ส่งมอบสินค้า
 - 4.2 เป็นเครื่องแก้วที่ผลิตตามมาตรฐาน ASTM E969 หรือ ISO 648
 - 4.3 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2568



(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์



ประธานกรรมการ

(นางสาววิภาดา สิริสมภพชัย)




รองประธานกรรมการ

(นางสาวเนาวรัตน์ กัญศิริ)




กรรมการ

(นางสาวสุวรรณี ศรีสุวรรณ)



กรรมการ

(นางสาวรัฐกานต์ ศรีศิริ)



กรรมการและเลขานุการ


(นายเกรียงไกร เกื้อกุล)



(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2569



(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์