

G416/67

G416/68

G416/69

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
Volumetric flask, Class A, 2 mL

1. เป็นขวดวัดปริมาตรสารละลาย พร้อมจุกปิด
2. มีคุณสมบัติ ดังนี้
 - 2.1 เป็นเครื่องแก้ว class A
 - 2.2 ขวดทำจากแก้ว borosilicate
 - 2.3 มีค่าความผิดพลาด (tolerance หรือ error limit หรือ accuracy limit) ไม่เกิน ± 0.025 มิลลิลิตร
3. มีขนาดความจุ 2 มิลลิลิตร และมีขีดบอกปริมาตรที่คอขวดชัดเจน
4. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25๖๘



(นายอุดม เจื้อจันทร)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์




ประธานกรรมการ

(นางสาววิภาดา สิริสมภพชัย)




รองประธานกรรมการ

(นางสาวเนาวรัตน์ กำภูศิริ)




กรรมการ

(นางสาวสุวรรณี ศรีสุวรรณ)



กรรมการ

(นางสาวรัฐกานต์ ศรีศิริ)



กรรมการและเลขานุการ

(นายเกรียงไกร เกื้อกุล)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25๖๙



(นายอุดม เจื้อจันทร)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์



(นายอุดม เจื้อจันทร)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์