

G435/67

G435/68

G435/69

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ชุดสกัดสารพันธุกรรมไวรัสด้วยอนุภาคแม่เหล็ก ชนิดพร้อมใช้งาน

1. เป็นชุดสกัดสารพันธุกรรมไวรัสจากตัวอย่าง whole blood, tissue, serum และ swabs โดยใช้ อนุภาคแม่เหล็ก ชนิดพร้อมใช้งาน สำหรับเครื่องสกัดสารพันธุกรรมแบบอัตโนมัติ
2. ใน 1 ชุด ประกอบด้วย
 - 2.1 Prefilled plates จำนวนไม่น้อยกว่า 6 เพลท
แต่ละเพลทประกอบด้วย Lysis buffer, magnetic bead, wash buffer 1, wash buffer 2, elution
 - 2.2 Plastic sleeve หรือ Magnetic rod sleeve combs จำนวนไม่น้อยกว่า 12 แท่ง
3. สามารถสกัดตัวอย่างได้ไม่น้อยกว่า 96 ตัวอย่าง
4. มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่ส่งมอบ
5. การรับรองคุณภาพหรือเงื่อนไขอื่นๆ ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25๖๕
 - 5.1 บริษัทผู้ผลิตต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
 - 5.2 เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส ขณะขนส่งจนถึงส่งมอบ
6. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด



(นายอุดม เจื้อจันทร)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์



..... ประธานกรรมการ
(นางสาววิภาดา สิริสมภพชัย)




..... รองประธานกรรมการ
(นางสาวเนาวรัตน์ กำภูศิริ)



..... กรรมการ
(นางสาวสุวรรณี ศรีสุวรรณ)



..... กรรมการ
(นางสาวรัฐกานต์ ศรีศิริ)



..... กรรมการและเลขานุการ
(นายเกรียงไกร เกื้อกุล)



(นายอุดม เจื้อจันทร)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25๖๙



(นายอุดม เจื้อจันทร)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์