

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
Graduated pipette, serological, 2 mL

1. เป็น graduated pipette ชนิด serological
2. มีคุณสมบัติดังนี้
 - 2.1 ทำจากแก้ว borosilicate หรือ alumino-borosilicate หรือ soda-lime
 - 2.2 มีค่าความผิดพลาด (tolerance หรือ error limit) ไม่เกิน ± 0.05 มิลลิลิตร ที่ปริมาตร 2 มิลลิลิตร
3. มีขนาดความจุ 2 มิลลิลิตรและมีขีดบอกปริมาตรที่ชัดเจน สามารถอ่านค่าความละเอียดได้ ไม่เกิน 0.1 มิลลิลิตร
4. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.๒๙



(นายอุดม เจื้อจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์




ประธานกรรมการ

(นางสาววิภาดา สิริสมภพชัย)




รองประธานกรรมการ

(นางสาวเนาวรัตน์ กำภูศิริ)




กรรมการ

(นางสาวสุวรรณี ศรีสุวรรณ)



กรรมการ

(นางสาวรัฐกานต์ ศรีศิริ)



กรรมการและเลขานุการ

(นายเกรียงไกร เกื้อกุล)



(นายอุดม เจื้อจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์