

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
Graduated pipette, serological, 5 mL

1. เป็น graduated pipette ชนิด serological
2. มีคุณสมบัติดังนี้
 - 2.1 ทำจากแก้ว borosilicate หรือ aluminoborosilicate หรือ soda-lime
 - 2.2 มีค่าความผิดพลาด (tolerance หรือ error limit) ไม่เกิน ± 0.1 มิลลิลิตร ที่ปริมาตร 5 มิลลิลิตร
3. มีขนาดความจุ 5 มิลลิลิตรและมีขีดบอกปริมาตรที่ชัดเจน สามารถอ่านค่าความละเอียดได้ไม่เกิน 0.1 มิลลิลิตร
4. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.๖๙

(นายอุดม เจื้อจันทร)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

ประธานกรรมการ

(นางสาววิภาดา สิริสมภพชัย)

รองประธานกรรมการ

(นางสาวเนาวรัตน์ กำภูศิริ)

กรรมการ

(นางสาวสุวรรณี ศรีสุวรรณ)

กรรมการ

(นางสาวรัฐกานต์ ศรีศิริ)

กรรมการและเลขานุการ

(นายเกรียงไกร เกื้อกุล)

(นายอุดม เจื้อจันทร)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์