

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ชุดอุปกรณ์สำหรับทดสอบความปราศจากเชื้อของยาฉีด


1. เป็นชุดอุปกรณ์ที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว สำหรับทดสอบความปราศจากเชื้อของยาฉีดที่บรรจุในขวดที่ปิดด้วย septum
2. ใน 1 ชุด ประกอบด้วย
 - 2.1 ภาชนะทรงกระบอก ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 100 มิลลิลิตร จำนวน 2 อัน
 - 2.2 สายยาง PVC ความยาวไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร จำนวน 2 เส้น
 - 2.3 เข็มสำหรับดูดสาร จำนวน 1 อัน
3. มีคุณสมบัติดังนี้
 - 3.1 ภาชนะทรงกระบอก ด้านบนมีช่องสำหรับระบายอากาศพร้อมฝาปิด ที่ฐานด้านในมีแผ่นกรองชนิด cellulose acetate ขนาดรูพรุน 0.45 ไมครอน และมีขีดแสดงปริมาตรที่ด้านข้าง แสดงระดับ 50, 75 และ 100 มิลลิลิตร
 - 3.2 สายยางปลายด้านหนึ่งต่อกับเข็มดูดสารเป็นรูปตัว Y ปลายอีกด้านต่อเข้ากับภาชนะทรงกระบอกทั้ง 2 อัน แต่ละสายมี clamps พลาสติกจำนวน 2 อัน
 - 3.3 เข็มสำหรับดูดสารทำจาก acrylonitrile butadiene styrene (ABS) และสแตนเลส มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.8 มิลลิเมตร ยาว 41 มิลลิเมตร
 - 3.4 สามารถใช้งานกับปั๊มสำหรับงานทดสอบการปราศจากเชื้อของยา ยี่ห้อ Sartorius ที่ผู้ใช้มีอยู่ได้
4. การรับรองคุณภาพหรือเงื่อนไขอื่นๆ
 - 4.1 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันส่งมอบ โดยระบุวันหมดอายุ (expiry date) และ lot การผลิตบนบรรจุภัณฑ์จากผู้ผลิตอย่างชัดเจน
 - 4.2 มีใบรับรองคุณภาพสินค้า (certificate of analysis) ของ lot ที่ส่งมอบมาแสดงในวันที่ส่งมอบ
 - 4.3 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด



..... ประธานกรรมการ
(นางสาววิภาดา สิริสมภพชัย)




..... รองประธานกรรมการ
(นางสาวเนาวรัตน์ กำภูศิริ)



..... กรรมการ
(นางสาวสุวรรณี ศรีสุวรรณ)



..... กรรมการ
(นางสาวรัฐกานต์ ศรีศิริ)



..... กรรมการและเลขานุการ
(นายเกรียงไกร เกื้อกุล)



(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์