

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
Dialysis membrane

1. เป็นเยื่อกรองสำหรับแยกสารด้วยวิธี Dialysis
2. มีคุณสมบัติ ดังนี้
  - 2.1 มีค่า Molecular weight cut-off ไม่ต่ำกว่า 12,000 Da
  - 2.2 มีค่า Capacity ไม่น้อยกว่า 4 มิลลิลิตรต่อเซนติเมตร หรือ 121 มิลลิลิตรต่อฟุต
3. มีความกว้างแบบ Flat wide ไม่น้อยกว่า 33 มิลลิเมตร และมีความยาวไม่น้อยกว่า 5 เมตร
4. มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 9 เดือน นับถัดจากวันส่งมอบ โดยระบุวันหมดอายุ (Expiry date) ที่ฉลากผลิตภัณฑ์ข้างภาชนะที่บรรจุโดยบริษัทผู้ผลิตอย่างชัดเจน
5. การรับรองคุณภาพหรือเงื่อนไขอื่นๆ
  - 5.1 มีเอกสาร (Certificate of analysis) ของสินค้า Lot ที่ส่งมอบมาแสดงในวันที่ส่งมอบ และรับประกันคุณภาพตลอดอายุการใช้งาน
  - 5.2 เก็บรักษาที่อุณหภูมิตามที่บริษัทผู้ผลิตกำหนด ขณะขนส่งจนถึงวันส่งมอบ
6. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด



..... ประธานกรรมการ  
(นางสาววิภาดา สิริสมภพชัย)




..... รองประธานกรรมการ  
(นางสาวเนาวรัตน์ กำภูศิริ)



..... กรรมการ  
(นางสาวสุวรรณี ศรีสุวรรณ)



..... กรรมการ  
(นางสาวรัฐกานต์ ศรีศิริ)



..... กรรมการและเลขานุการ  
(นายเกรียงไกร เกื้อกุล)



(นายจิรภัทร อินทร์สุข)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์