

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
Autoclave Indicator Tape ขนาด 3/4 นิ้ว

1. เป็นแถบทดสอบประสิทธิภาพการทำให้ปราศจากเชื้อชนิด Chemical Indicator สำหรับการนึ่งฆ่าเชื้อโดยใช้ไอน้ำของเครื่อง Autoclave ติดกับผิววัสดุที่นำเข้าเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อได้โดยไม่หลุด
2. สีของแถบที่อยู่บนเทปจะเปลี่ยนเมื่อผ่านความร้อนที่อุณหภูมิและเวลาที่เหมาะสมสำหรับการฆ่าเชื้อ
3. ขนาดของม้วนความกว้าง 18-19 มิลลิเมตร ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 50 เมตร
4. บริษัทผู้ผลิตจะต้องได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001 หรือ ISO 13485
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25..๖๕

.....
(นางสาวสุภาพร วงศ์ศรีไชย) ประธานกรรมการ
.....
(นายอุดม เจือจันทร์) ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
.....
ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25..๖๕

.....รองประธานกรรมการ
(นางสาววันทนา จันทรมงคล)
.....กรรมการ
(นายณัฐพล บุศยรัตน์)
.....กรรมการ
(นายอุดม เจือจันทร์)
.....กรรมการ
(นางสาวเสาวภา ปานศิริ)
.....กรรมการ
(นางสาวรังษิยา คดีการ)
.....กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวกิตติลักษณ์ ไม้เลียง)

.....
(นายอุดม เจือจันทร์)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์