

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
Bacterial Control Sample

1. เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับเครื่องตรวจนับจุลินทรีย์ทั้งหมดในน้ำนม (Bactoscan) อยู่ในรูป freeze-dried มีลักษณะเป็นของแข็ง สีขาว ไม่มีกลิ่น และสามารถละลายน้ำได้ง่าย
2. มีส่วนประกอบเป็นแบคทีเรียชนิดเดียว (monoculture bacteria) ใช้ในการสร้าง Pulse Height Analysis (PHA) Curve ได้อย่างชัดเจน
3. บรรจุในขวดแก้วปิดสนิท 12 ขวดต่อกล่อง จากผู้ผลิตโดยตรง
4. เอกสารหรือเงื่อนไขอื่น ๆ
 - 4.1 มีอายุการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน นับจากวันส่งมอบ
 - 4.2 มีใบรับรองคุณภาพการผลิต (Certificated of Analysis) แนบมาพร้อม lot ของสินค้าที่ส่งในวันส่งมอบ
 - 4.3 อุณหภูมิขณะขนส่งไม่มากกว่า -15 °C
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25..๖๙

.....ประธานกรรมการ
(นางสาวสุภาพร วงศ์ศรีไชย)

.....
(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

.....รองประธานกรรมการ
(นางสาววันทนา จันทรมงคล)

.....กรรมการ
(นายณัฐพล บุศยรัตน์)

.....กรรมการ
(นางสาวรังษิยา คติการ)

.....กรรมการ
(นางสาวเสาวภา ปานศิริ)

.....กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวกิตติลักษณ์ ไหมเลี้ยง)

.....
(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์