





รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
Coagulase Plasma (EDTA)

M009/67
M009/68
M009/69


1. เป็นพลาสมากระต่ายใช้สำหรับตรวจหาเชื้อ *Staphylococcus*
2. มีลักษณะเป็นผงแห้งประกอบด้วย พลาสมากระต่ายและ EDTA (Ethylene Diaminetetraacetic Acid)
3. บรรจุในขวดเล็กเมื่อละลายน้ำแล้วมีขนาด 3 มิลลิลิตร
4. เอกสารหรือเงื่อนไขอื่นๆ
 - 4.1 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1.5 ปี นับจากวันส่งมอบ ระบุวันหมดอายุ (expiry date) ที่ฉลากผลิตภัณฑ์ข้างภาชนะที่บรรจุอย่างชัดเจนและรับประกันคุณภาพตลอดอายุการใช้งาน
 - 4.2 มีเอกสาร Certificate of Analysis ของสินค้าแต่ละชุดที่ส่งมอบ (lot number) จากบริษัทผู้ผลิต โดยแนบมาพร้อมกับวันที่ส่งสินค้า
 - 4.3 บริษัทผู้ผลิตจะต้องได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001 หรือ ISO 13485
 - 4.4 เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส ขณะขนส่งและส่งมอบ ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25..๖๖
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด



(นายอุดม เจือจันทร์)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
.....ประธานกรรมการ
(นางสาวสุภาพร วงศ์ศรีไชย)


.....รองประธานกรรมการ
(นางสาววันทนา จันทรงคผล)

.....กรรมการ
(นายณัฐพล บุศยรัตน์)


.....กรรมการ
(นางสาวรัชชียา คติการ)

.....กรรมการ
(นางสาวเสาวภา ปานศิริ)


.....กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวกิตติลักษณ์ ไหมเลี้ยง)


(นายอุดม เจือจันทร์)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์