

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
แผ่นชี้วัดสภาวะไร้ออกซิเจน

1. เป็น Indicator สำหรับชี้วัดสภาวะไร้ออกซิเจน
2. มีส่วนประกอบของ Resazurin หรือ Methylene blue เมื่อมีสภาวะภายในระบบ Anaerobic Jar เป็นสภาวะไร้ออกซิเจน ตัว Indicator จะเปลี่ยนสี
3. ขนาดตามรายละเอียดในใบเบิก
4. เอกสารหรือเงื่อนไขอื่นๆ
 - 4.1 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันส่งมอบ มีระบุวันหมดอายุ (expiry date) ที่ฉลากผลิตภัณฑ์ข้างภาชนะที่บรรจุโดยบริษัทผู้ผลิตอย่างชัดเจน
 - 4.2 มีเอกสาร Certificate of Analysis ของสินค้าแต่ละชุดที่ส่งมอบ (lot number) จากบริษัทผู้ผลิต โดยแนบมาพร้อมกับวันที่ส่งสินค้า
 - 4.3 บริษัทผู้ผลิตจะต้องได้รับใบรับรองคุณภาพ ISO 9001 หรือ ISO 13485 **ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25๖๙**
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

ประธานกรรมการ

(นางสาวสุภาพร วงศ์ศรีไชย)

รองประธานกรรมการ

(นางสาววันทนา จันทรมงคล)

กรรมการ

(นายณัฐพล บุศยรัตน์)

กรรมการ

(นางสาวรังษิยา คติการ)

กรรมการ

(นางสาวเสาวภา ปานศิริ)

กรรมการและเลขานุการ

(นางสาวกิตติลักษณ์ ไม้เลียง)

(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์