


M073/67
M073/68
M073/69

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
แผ่นทดสอบระบบสุญญากาศ (Vacuum) ของเครื่อง Autoclave

1. เป็นแผ่นทดสอบประสิทธิภาพการสร้างสภาพสุญญากาศของเครื่อง Autoclave เป็นตัวบ่งชี้ทางเคมี (chemical indicator) ที่เปลี่ยนสีได้หรือเปลี่ยนจากสีฟ้าหรือสีเหลืองเป็นสีน้ำตาลเข้มหรือดำ เมื่อเครื่อง Autoclave สร้างสภาพสุญญากาศได้ที่อุณหภูมิ 132-134 องศาเซลเซียส นาน 3.5-4 นาที
2. มีขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 30 แผ่นต่อบรรจุภัณฑ์
3. มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันส่งมอบ ระบุวันหมดอายุ (expiry date) ที่ฉลากผลิตภัณฑ์ข้างภาชนะที่บรรจุอย่างชัดเจน และรับประกันคุณภาพตลอดอายุการใช้งาน ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.๖๖
4. บริษัทผู้ผลิตจะต้องได้รับใบรับรองคุณภาพการผลิต ISO 9001 หรือ ISO 13485
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด


(นายอุดม เจื้อจันทร)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

.....ประธานกรรมการ
(นางสาวสุภาพร วงศ์ศรีไชย)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.๖๖



.....รองประธานกรรมการ
(นางสาววันทนา จันทรมงคล)


.....กรรมการ
(นายณัฐพล บุศยรัตน์)

(นายอุดม เจื้อจันทร)

.....กรรมการ
(นางสาวรังษิยา คดีการ)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
.....กรรมการ
(นางสาวเสาวภา ปานศิริ)

.....กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวกิตติลักษณ์ ไม้เลี้ยง)


(นายอุดม เจื้อจันทร)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์