

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เม็ดยกกำลังกลิ้งสำหรับเครื่อง Autoclave

1. เป็นเม็ดยกกำลังกลิ้งไม่พึงประสงค์ สำหรับเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ Autoclave
2. ทำมาจากเจลาตินหรือวัสดุที่สามารถย่อยสลายทางชีวภาพ และมีปริมาณการใช้งานไม่เกิน 2 เม็ดยกต่อรอบการอบนึ่งฆ่าเชื้อ
3. ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 100 แคปซูล/ขวด หรือต่อ package
4. เอกสารหรือเงื่อนไขอื่น ๆ
 - 4.1 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันส่งมอบ ระบุวันหมดอายุ (expiry date) ที่ฉลากผลิตภัณฑ์ข้างภาชนะที่บรรจุอย่างชัดเจน และรับประกันคุณภาพตลอดอายุการใช้งาน
 - 4.2 ผู้เสนอราคาต้องแนบตัวอย่างมาให้ผู้ให้ทดสอบอย่างน้อย 4 ชิ้น ในวันที่ยื่นเสนอราคา โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25๖๙

.....ประธานกรรมการ
(นางสาวสุภาพร วงศ์ศรีไชย)

.....
(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

.....รองประธานกรรมการ
(นางสาววันทนา จันทรมงคล)

.....
(นายณัฐพล บุศยรัตน์)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25๖๙

.....กรรมการ
(นางสาวรังษิยา คดีการ)

.....กรรมการ
(นางสาวเสาวภา ปานศิริ) (นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

.....กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวกิตติลักษณ์ ไหมเลี้ยง)

.....
(นายอุดม เจือจันทร์)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์