




รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
Cefotaxime / clavulanic acid 30/10 µg disc

M199/67
M199/68
M199/69

1. เป็นแผ่นยา (discs) วงกลม มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มิลลิเมตร ใช้ทดสอบความไวต่อยาต้านจุลชีพ โดยใช้หลักการแพร่
2. มีตัวยา cefotaxime / clavulanic acid ความเข้มข้น 30/10 ไมโครกรัม / แผ่นยา (discs)
3. ใน 1 หลอด บรรจุ 50 แผ่นยา (discs)
4. เอกสารหรือเงื่อนไขอื่นๆ
 - 4.1 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันส่งมอบ มีระบุวันหมดอายุ (expiry date) ที่ฉลากผลิตภัณฑ์ ช่างภาชนะที่บรรจุอย่างชัดเจน
 - 4.2 มีเอกสาร Certificate of Analysis ของสินค้าแต่ละชุดที่ส่งมอบ (lot number) จากบริษัทผู้ผลิต โดยแนบมาพร้อมกับวันที่ส่งสินค้า
 - 4.3 บริษัทผู้ผลิตจะต้องได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001 หรือ ISO 13485
 - 4.4 เก็บรักษาที่อุณหภูมิตามที่ผู้ผลิตกำหนด ขณะขนส่งจนถึงส่งมอบ
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด




(นายอุดม เจือจันทร์)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
ประธานอนุกรรมการ
.....
(นางสาวสุภาพร วงศ์ศรีไชย)


ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25๖๙


.....รองประธานอนุกรรมการ (นางสาววันทนา จันทรมงคล)
.....อนุกรรมการ (นายณัฐพล บุศยรัตน์)

(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

.....อนุกรรมการ (นางสาวรังษิยา คติการ)
.....อนุกรรมการ (นางสาวเสาวภา ปานศิริ)

.....อนุกรรมการและเลขานุการ (นางสาวกิติลักษณ์ ไม้เลี้ยง)


(นายอุดม เจือจันทร์)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์