

รายละเอียดคุณลักษณะ
เชื้อมาตรฐาน *Enterococcus faecalis* ATCC 51299

1. เป็นเชื้อมาตรฐาน *Enterococcus faecalis* ATCC 51299 สำหรับใช้ในงานควบคุมคุณภาพของวิธีทดสอบ antimicrobial susceptibility testing
2. เชื้อจุลินทรีย์อยู่ในรูปเม็ดแห้ง (lyophilized pellet) หรือ freeze dried โดยบรรจุในภาชนะที่ปิดสนิท
3. มีเอกสารแสดงคุณสมบัติทางชีวเคมี หรือมีเอกสารแสดงการยืนยันเชื้อด้วยเทคนิคหาลำดับเบส (sequencing technology)
4. เอกสารหรือเงื่อนไขอื่น ๆ
 - 4.1 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันส่งมอบ และรับประกันคุณภาพการใช้งาน
 - 4.2 มีเอกสาร Certificate of Analysis จากบริษัทผู้ผลิต โดยแนบมาพร้อมกับวันที่ส่งสินค้า
 - 4.3 บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายเชื้อจาก American Type Culture Collection (ATCC) หรือ Microbiologics เพื่อรับประกันคุณภาพสินค้า
 - 4.4 จำนวน passage ของเชื้อไม่เกิน 1
 - 4.5 มีเอกสารหรือคู่มือกำกับการใช้งาน
 - 4.6 เก็บรักษาขณะขนส่งที่อุณหภูมิที่เหมาะสม
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

.....ประธานกรรมการ

(นางสาวสุภาพร วงศ์ศรีไชย)

.....รองประธานกรรมการ

(นางสาววันทนา จันทรมงคล)

.....กรรมการ

(นายณัฐพล บุศยรัตน์)

.....กรรมการ

(นางสาวรังษิยา คดีการ)

.....กรรมการ

(นางสาวเสาวภา ปานศิริ)

.....กรรมการและเลขานุการ

(นางสาวกิตติลักษณ์ ไม้เลียง)