

รายละเอียดคุณลักษณะ
Chemical indicator สำหรับทดสอบประสิทธิภาพการทำให้ปราศจากเชื้อ
ด้วยไธระเหยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์

1. เป็นแผ่นทดสอบประสิทธิภาพการทำให้ปราศจากเชื้อ ด้วยไธระเหยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
2. เป็นตัวบ่งชี้ทางเคมี (Chemical indicator) แบบแผ่นที่ใช้กับไธระเหยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ประกอบด้วยแถบสีทดสอบ โดยแถบทดสอบสามารถตอบสนองต่อไธระเหยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เมื่อสัมผัสและเกิดการเปลี่ยนแปลงตามกระบวนการ โดยเกิดการเปลี่ยนแปลงสีอย่างชัดเจนที่สามารถระบุได้ว่าสัมผัสกับไธระเหยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์แล้ว
3. ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 200 ชิ้น/แพ็ค
4. เอกสารหรือเงื่อนไขอื่น ๆ
 - 4.1 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 9 เดือน นับจากวันส่งมอบ
 - 4.2 มีเอกสาร Certificate of Analysis ของสินค้าแต่ละชุดที่ส่งมอบ (lot number) จากบริษัทผู้ผลิต โดยแนบมาพร้อมกับวันที่ส่งสินค้า
 - 4.3 บริษัทผู้ผลิตจะต้องได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001 หรือ ISO 13485
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

.....ประธานกรรมการ
(นางสาวสุภาพร วงศ์ศรีไชย)

.....รองประธานกรรมการ
(นางสาววันทนา จันทรมงคล)

.....กรรมการ
(นายณัฐพล บุศยรัตน์)

.....กรรมการ
(นางสาวรังษิยา คติการ)

.....กรรมการ
(นางสาวเสาวภา ปานศิริ)

.....กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวกิตติลักษณ์ ไหมเลี้ยง)

.....

(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์