

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
สารมาตรฐาน Pesticide-Mix 323

S124/67

S124/68

S124/69

1. เป็นสารละลายมาตรฐานที่มีส่วนผสมของสารฆ่าแมลง 25 ชนิด เป็นชนิด Analytical Standard หรือ Reference Material

2. ประกอบด้วย

Aldrin	CAS. No. 309-00-2	ช่วงความเข้มข้น 19-21 µg/mL
cis-Chlordane	CAS. No. 5103-71-9	ช่วงความเข้มข้น 19-21 µg/mL
trans-Chlordane	CAS. No. 5103-74-2	ช่วงความเข้มข้น 19-21 µg/mL
oxy-Chlordane	CAS. No. 27304-13-8	ช่วงความเข้มข้น 19-21 µg/mL
Chlorothalonil	CAS. No. 1897-45-6	ช่วงความเข้มข้น 38-42 µg/mL
2,4'-DDD	CAS. No. 53-19-0	ช่วงความเข้มข้น 19-21 µg/mL
4,4'-DDD	CAS. No. 72-54-8	ช่วงความเข้มข้น 19-21 µg/mL
2,4'-DDE	CAS. No. 3424-82-6	ช่วงความเข้มข้น 19-21 µg/mL
4,4'-DDE	CAS. No. 72-55-9	ช่วงความเข้มข้น 19-21 µg/mL
2,4'-DDT	CAS. No. 789-02-6	ช่วงความเข้มข้น 19-21 µg/mL
4,4'-DDT	CAS. No. 50-29-3	ช่วงความเข้มข้น 19-21 µg/mL
Dicofol	CAS. No. 115-32-2	ช่วงความเข้มข้น 19-21 µg/mL
2,4'-Dicofol	CAS. No. 10606-46-9	ช่วงความเข้มข้น 38-42 µg/mL
Dieldrin	CAS. No. 60-57-1	ช่วงความเข้มข้น 19-21 µg/mL
alpha-Endosulfan	CAS. No. 959-98-8	ช่วงความเข้มข้น 19-21 µg/mL
beta-Endosulfan	CAS. No. 33213-65-9	ช่วงความเข้มข้น 19-21 µg/mL
Endosulfan-sulfate	CAS. No. 1031-07-8	ช่วงความเข้มข้น 19-21 µg/mL
Endrin	CAS. No. 72-20-8	ช่วงความเข้มข้น 19-21 µg/mL
alpha-HCH	CAS. No. 319-84-6	ช่วงความเข้มข้น 19-21 µg/mL
beta-HCH	CAS. No. 319-85-7	ช่วงความเข้มข้น 19-21 µg/mL
gamma-HCH	CAS. No. 58-89-9	ช่วงความเข้มข้น 19-21 µg/mL
delta-HCH	CAS. No. 319-86-8	ช่วงความเข้มข้น 19-21 µg/mL
Heptachlor	CAS. No. 76-44-8	ช่วงความเข้มข้น 19-21 µg/mL
Hexachlorobenzene	CAS. No. 118-74-1	ช่วงความเข้มข้น 19-21 µg/mL
cis-Heptachlor-exo-epoxide (isomer B)	CAS. No. 1024-57-3	ช่วงความเข้มข้น 19-21 µg/mL
ละลายอยู่ใน iso-octane		

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25๖๙

(นายอุดม เจือจันทร์)

(นายอุดม เจือจันทร์)

/3. มีการระบุค่า...

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

S124/67

5/24/68

S124/69

3. การระบุค่า Uncertainty ของความเข้มข้นของแต่ละสาร

4. การรับรองคุณภาพหรือเงื่อนไขอื่นๆ

4.1 บรรจุในภาชนะที่ปิดสนิทจากผู้ผลิตโดยตรง มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปีนับจากวันส่งมอบ

เก็บรักษาที่สภาวะและอุณหภูมิที่ผู้ผลิตกำหนดขณะขนส่งจนถึงส่งมอบ

4.2 มีใบรับรองคุณภาพการวิเคราะห์ของสินค้า (Certificate of analysis) แนบมาพร้อมกับ lot ของสินค้าที่ส่งมอบ

4.3 มี Safety data sheet (SDS) แนบมาในวันส่งมอบ

4.4 ผู้ผลิตได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 17034 หรือ DIN EN ISO 17034

5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2568

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2569

..... ประธานกรรมการ
(นางสาวสุนีย์ คณาพิพัฒน์)

..... รองประธานกรรมการ
(นางสาววราภรณ์ รักษาพล)

..... กรรมการ
(นางจุฑามาศ ประภาพรรณพงศ์)

..... กรรมการ
(นางสาวนิพัทธา พรหมมาอินทร์)

..... กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวรัญญา แก้วทิพย์)

.....
(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

.....
(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

.....
(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์