

S200/67

S200/68

S200/69

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ตัวอย่างทดสอบความชำนาญในน้ำนมดิบ

1. เป็นตัวอย่างทดสอบความชำนาญในห้องปฏิบัติการ (Proficiency Testing; PT) ในการทดสอบ
น้ำนมดิบ

2. มีองค์ประกอบที่สามารถวิเคราะห์ได้ ดังต่อไปนี้

- Fat
- Protein
- Lactose หรือ Lactose (Monohydrate)
- Dry matter
- Freezing Point

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2568

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2569

3. เป็นตัวอย่างน้ำนมดิบ (Raw milk) แบบแช่แข็ง (frozen)

4. การรับรองคุณภาพหรือเงื่อนไขอื่น ๆ

4.1 บรรจุในภาชนะที่ปิดสนิทจากผู้ผลิตโดยตรง มีขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 40 มิลลิลิตรต่อหลอด
เก็บรักษาที่สภาวะและอุณหภูมิตามที่ผู้ผลิตกำหนดขณะขนส่งจนถึงส่งมอบ

4.2 มีเอกสารรายละเอียดตัวอย่างแนบมาพร้อมกับ Lot ของสินค้าที่ส่งในวันส่งมอบ

4.3 บริษัทผู้ผลิตต้องได้รับรองคุณภาพ ISO/IEC 17043

5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

.....ประธานกรรมการ
(นางสาวสุณีย์ คณาพิพัฒน์)

.....รองประธานกรรมการ
(นางสาววรภรณ์ รักชาพล)

.....กรรมการ
(นางจุฑามาศ ประภาพรรณพงศ์)

.....กรรมการ
(นางสาวนิพัทธา พรหมอินทร์)

.....กรรมการและเลขานุการ
(นางสาววรัญญา แก้วทิพย์)

.....
(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

.....
(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

.....
(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์