

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

นํ้ายาสำหรับ Calibration ค่า -422 มิลลิลองศาซอร์เวท

1. เป็นนํ้ายาที่ใช้สำหรับทำ calibration ใช้งานกับเครื่องตรวจวิเคราะห์จุดเยือกแข็งในนํ้านม (cryoscope)
2. มีคุณสมบัติคือ
 - 2.1 Sodium Chloride (CAS No. 7647-14-5) ความเข้มข้นอยู่ในช่วง 0.006% ถึง 0.010%
 - 2.2 2-Hydroxybiphenyl Sodium Salt Tetrahydrate (CAS No. 132-27-4) ความเข้มข้นไม่เกิน 0.1%
 - 2.3 มีค่าของจุดเยือกแข็งที่อุณหภูมิ -408 มิลลิลองศาเซลเซียส (-422 มิลลิลองศาซอร์เวท)
3. ขนาดบรรจุปริมาตร 10 มิลลิลิตร จำนวน 10 แอมพูลต่อกล่อง
4. การรับรองคุณภาพ หรือเงื่อนไขอื่นๆ
 - 4.1 มีใบรับรองคุณภาพการผลิต (certificate of analysis) แนบมาพร้อมกับ lot ของสินค้าที่ส่งมอบ
 - 4.2 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปีนับจากวันที่ส่งมอบ
 - 4.3 เก็บรักษาที่สภาวะและอุณหภูมิตามที่ผู้ผลิตกำหนด ขณะขนส่งจนถึงส่งมอบ
 - 4.4 มี safety data sheet (SDS) แนบมาในวันส่งมอบสินค้า
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด



ประธานกรรมการ

(นายชูศักดิ์ อajasuwan)

 รองประธานกรรมการ

(นางสาวนรยา ตั้งศิริทรัพย์)



กรรมการ

(นายไกรวุฒิ นวลขาว)

กรรมการ
(นายศิริวัฒน์ ราชณะสุข)

กรรมการและเลขานุการ

(นายรัชชานนท์ รักชีพ)



(นายอุดม เจื้อจันท์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์