

T007/67
T007/68
T007/69

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
Activated carbon column PCBs

1. เป็นคอลัมน์ใช้สำหรับ cleanup สารกลุ่ม PCBs ในการวิเคราะห์สารกลุ่ม Dioxins ภายในบรรจุด้วย activated carbon
2. ทำด้วยโลหะที่ทนต่อตัวทำละลายอินทรีย์ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 8 มิลลิเมตร และความยาว 18 มิลลิเมตร
3. สามารถใช้งานกับเครื่อง cleanup สำหรับวิเคราะห์สารกลุ่ม Dioxins ยี่ห้อ LCTech รุ่น DEXtech ได้
4. การรับรองคุณภาพ
 - 4.1 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
 - 4.2 มีใบรับรองการตรวจสอบคุณภาพของ lot ที่ส่งมอบแนบมาพร้อมในวันส่งมอบ
 - 4.3 บรรจุในถุงป้องกันแสงและความชื้น มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันส่งมอบ
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25๖๘

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25๖๙



ประธานกรรมการ

(นายชูศักดิ์ อาจสูงเนิน)



(นายอุดม เจื้อจันท์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์


รองประธานกรรมการ

(นางสาวนรยา ตั้งศิริทรัพย์)



กรรมการ

(นายไกรวุฒิ นวลขาว)




กรรมการ

(นายศิริวัฒน์ ราชณะสุข)


รักษาแทน กรรมการและเลขานุการ

(นายรัชชานนท์ รักชีพ)



(นายอุดม เจื้อจันท์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์



(นายอุดม เจื้อจันท์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์