

T011/67

T011/68

T011/69

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
Detergent สำหรับเครื่อง BactoScan

1. เป็นสารละลายที่ใช้เตรียม sheath liquid stock solution ใช้สำหรับเครื่อง BactoScan FC ยี่ห้อ FOSS เพื่อตรวจนับจุลินทรีย์ทั้งหมดในน้ำนมดิบ
2. มีส่วนประกอบ คือ (Z)-9-Octadecen-1-ol ethoxylated และ Tetradonium bromide
3. ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 500 มิลลิลิตรต่อขวด บรรจุในภาชนะที่ปิดสนิทจากผู้ผลิตโดยตรง
4. การรับรองคุณภาพ
 - 4.1 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 9 เดือน นับจากวันที่ส่งมอบ โดยระบุวันหมดอายุที่ข้างขวด
 - 4.2 มีเอกสารรับรองคุณภาพการวิเคราะห์ (certificate of analysis) ของ lot ที่ผลิต แนบมาพร้อมในวันส่งมอบ
 - 4.3 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
 - 4.4 เก็บรักษาที่สภาวะและอุณหภูมิ 15 - 35 องศาเซลเซียสตามที่ผู้ผลิตกำหนด ขณะขนส่งจนถึงส่งมอบ
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25๖๙

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25๖๙



..... ประธานกรรมการ
(นายชูศักดิ์ อางสูงเนิน)



(นายอุดม เจือจันทร์)


ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

..... รองประธานกรรมการ
(นางสาวนรยา ตั้งศิริทรัพย์)

..... กรรมการ
(นายไกรวุฒิ นวลขาว)


..... กรรมการ
(นายศิริวัฒน์ รายนะสุข)

..... กรรมการและเลขานุการ
(นายรัชชานนท์ รักชีพ)



(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์



(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์