

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

Standardisation สำหรับเครื่องตรวจสอบประกอบน้ำมัน

1. เป็นสารละลาย reference สามารถใช้ control และ calibration เครื่องตรวจสอบประกอบน้ำมันแบบอัตโนมัติ ยี่ห้อ FOSS
2. มีส่วนประกอบที่สำคัญคือ
 - 2.1 Propan-1-ol ความเข้มข้นไม่มากกว่า 5%
 - 2.2 Disodium tetraborate decahydrate ความเข้มข้นน้อยกว่า 1 %
3. มีลักษณะเป็นของเหลวสีฟ้า
4. การรับรองคุณภาพ หรือเงื่อนไขอื่นๆ
 - 4.1 มีใบรับรองคุณภาพการผลิต (certificate of analysis) แนบมาพร้อมกับ lot ของสินค้าที่ส่งมอบ
 - 4.2 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี นับวันที่ส่งมอบ
 - 4.3 บรรจุในภาชนะที่ปิดสนิทจากผู้ผลิตโดยตรง
 - 4.4 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
 - 4.5 Safety data sheet (SDS) แนบมาในวันส่งมอบสินค้า
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด



..... ประธานกรรมการ
(นายชูศักดิ์ อาจสูงเนิน)

..... รองประธานกรรมการ
(นางสาวนรยา ตั้งศิริทรัพย์)

..... กรรมการ
(นายไกรวุฒิ นวลขาว)

..... กรรมการ
(นายศิริวัฒน์ رایณะสุข)

..... กรรมการและเลขานุการ
(นายรัชชานนท์ รักชีพ)



(นายจิรภัทร อินทร์สุข)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์