

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
นํ้ายานํ้าพาความร้อนสำหรับเครื่อง Cryoscope

1. เป็นของเหลวที่ใช้เป็นตัวกลางในการถ่ายเทความร้อน (heat transfer) ออกจากตัวอย่างไปสู่ระบบทำความเย็นภายในเครื่องตรวจจุดเยือกแข็งในนํ้านม (cryoscope)
2. มีส่วนประกอบที่สำคัญ คือ
 - 2.1 Propylene glycol ไม่เกิน 50%
 - 2.2 Sodium hypochlorite ไม่เกิน 0.1%
3. มีลักษณะเป็นของเหลวสีฟ้า ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 150 มิลลิลิตรต่อขวด
4. การรับรองคุณภาพ หรือเงื่อนไขอื่นๆ
 - 4.1 มีใบรับรองคุณภาพการวิเคราะห์ (certificate of analysis) ของ lot ที่ผลิตแนบมา และเอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี แนบมาพร้อมสินค้าในวันส่งมอบ
 - 4.2 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปีนับจากวันที่ส่งมอบ
 - 4.3 เก็บรักษาที่สภาวะและอุณหภูมิที่เหมาะสม ขณะขนส่งและส่งมอบ
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด


..... ประธานกรรมการ
(นายชูศักดิ์ อาจสูงเนิน)


..... รองประธานกรรมการ
(นางสาวนรยา ตั้งศิริทรัพย์)


..... กรรมการ
(นายไกรวุฒิ นวลขาว)


..... กรรมการ
(นายศิริวัฒน์ رایณะสุข)


..... กรรมการและเลขานุการ
(นายรัชชานนท์ รักชีพ)


(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์