

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

Somatic cell dye สำหรับเครื่องตรวจนับโซมาติกเซลล์แบบอัตโนมัติ

1. เป็นสารละลายใช้สำหรับย้อมสีเพื่อตรวจนับจำนวนโซมาติกเซลล์ใช้กับเครื่องตรวจนับโซมาติกเซลล์แบบอัตโนมัติ ยี่ห้อ FOSS
2. ลักษณะเป็นของเหลวสีแดง มีความเข้มข้นของสี (dye concentration) อยู่ในช่วง 90 – 110%
3. น้ำหนักสารละลาย อยู่ในช่วง 986 – 1,016 กรัม
4. การรับรองคุณภาพ หรือเงื่อนไขอื่นๆ
 - 3.1 มีใบรับรองคุณภาพการผลิต (certificate of analysis) แนบมาพร้อมกับ lot ของสินค้าที่ส่งมอบ
 - 3.2 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 9 เดือน นับวันที่ส่งมอบ
 - 3.3 บรรจุในภาชนะที่ปิดสนิทจากผู้ผลิตโดยตรง
 - 3.4 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
 - 3.5 Safety data sheet (SDS) แนบมาในวันส่งมอบสินค้า
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด


 ประธานกรรมการ
 (นายชูศักดิ์ อัจสูงเนิน)

 รองประธานกรรมการ กรรมการ
 (นางสาวนรยา ตั้งศิริทรัพย์) (นายไกรวุฒิ นวลขาว)

 กรรมการ กรรมการและเลขานุการ
 (นายศิริวัฒน์ رایณะสุข) (นายรัชชานนท์ รักชีพ)


 (นายอุดม เจื้อจันทร)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์