




รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
Buffer solution สำหรับเครื่องตรวจนับโซมาติกเซลล์แบบอัตโนมัติ


1. เป็นสารที่ใช้เตรียมสารละลาย buffer diluent solution ใช้กับเครื่องตรวจนับโซมาติกเซลล์แบบอัตโนมัติ ยี่ห้อ FOSS
2. มีส่วนประกอบที่สำคัญ คือ citric acid ความเข้มข้นไม่มากกว่า 5%
3. มีลักษณะเป็นผงสีขาว
4. การรับรองคุณภาพ หรือเงื่อนไขอื่น ๆ
  - 4.1 มีใบรับรองคุณภาพการวิเคราะห์ (certificate of analysis) แนบมาพร้อมกับ lot ของสินค้าที่ส่งมอบ
  - 4.2 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันส่งมอบ
  - 4.3 บรรจุในภาชนะที่ปิดสนิทจากผู้ผลิตโดยตรง
  - 4.4 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
  - 4.5 Safety data sheet (SDS) แนบมาในวันส่งมอบสินค้า
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

  
..... ประธานอนุกรรมการ  
(นายชูศักดิ์ อางสูงเนิน)

  
..... รองประธานอนุกรรมการ  
(นางสาวนรยา ตั้งศิริทรัพย์)

  
..... กรรมการ  
(นายไกรวุฒิ นวลขาว)

  
..... กรรมการ  
(นายศิริวัฒน์ ราชณะสุข)

  
..... กรรมการและเลขานุการ  
(นายรัชชานนท์ รักชีพ)

↓  
(นายจิรภัทร อินทร์สุข)  
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์