

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

Buffer solution สำหรับเครื่องตรวจนับโซมาติกเซลล์แบบอัตโนมัติ

1. เป็นสารที่ใช้เตรียมสารละลาย buffer diluent solution ใช้กับเครื่องตรวจนับโซมาติกเซลล์แบบอัตโนมัติ ยี่ห้อ FOSS
2. มีส่วนประกอบที่สำคัญ คือ citric acid monohydrate ความเข้มข้นไม่มากกว่า 5%
3. มีลักษณะเป็นผงสีขาว
4. การรับรองคุณภาพ หรือเงื่อนไขอื่นๆ
 - 4.1 มีใบรับรองคุณภาพการผลิต (certificate of analysis) แนบมาพร้อมกับ lot ของสินค้าที่ส่งมอบ
 - 4.2 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี นับวันที่ส่งมอบ
 - 4.3 บรรจุในภาชนะที่ปิดสนิทจากผู้ผลิตโดยตรง
 - 4.4 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
 - 4.5 Safety data sheet (SDS) แนบมาในวันส่งมอบสินค้า
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด



..... ประธานกรรมการ

(นายชูศักดิ์ อาจสูงเนิน)

.....รองประธานกรรมการ

(นางสาวนรยา ตั้งศิริทรัพย์)

.....กรรมการ

(นายไกรวุฒิ นวลขาว)

.....กรรมการ

(นายศิริวัฒน์ رایณะสุข)

.....กรรมการและเลขานุการ

(นายรัชชานนท์ รักชีพ)



(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์