

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
Rinse Concentrate สำหรับเครื่อง BactoScan

1. เป็นสารละลายที่ใช้ล้างระบบและป้องกันการตกค้าง ใช้สำหรับเครื่อง BactoScan FC ยี่ห้อ FOSS เพื่อตรวจนับจุลินทรีย์ทั้งหมดในน้ำนมดิบ
2. มีส่วนประกอบ คือ
 - 2.1 Alcohols, C12-15-branched and linear, ethoxylated propoxylated ไม่เกิน 5%
 - 2.2 Sodium hydrogencarbonate ไม่เกิน 3 %
 - 2.3 Betaines, C12-14 – alkyl dimethyl ไม่เกิน 3 %
 - 2.4 Sodium carbonate ไม่เกิน 3 %
 - 2.5 2,2'-oxybisethanol ไม่เกิน 3 %
 - 2.6 Amines, N-C12-C14 (even numbered) -alkyl(trimethylenedi-reaction products with chloroacetic acid ไม่เกิน 1.4 %
3. ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 1,000 มิลลิลิตรต่อขวด บรรจุในภาชนะที่ปิดสนิทจากผู้ผลิตโดยตรง
4. การรับรองคุณภาพ
 - 4.1 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 9 เดือน นับจากวันที่ส่งมอบ โดยระบุวันหมดอายุที่ข้างขวด
 - 4.2 มีเอกสารรับรองคุณภาพการวิเคราะห์ (certificate of analysis) ของ lot ที่ผลิต แนบมาพร้อมในวันส่งมอบ
 - 4.3 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
 - 4.4 เก็บรักษาที่สภาวะและอุณหภูมิ 15 – 35 องศาเซลเซียส ตามที่ผู้ผลิตกำหนด ขณะขนส่งจนถึงส่งมอบ
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2569



..... ประธานกรรมการ (นายอุดม เจือจันทร์)

(นายชูศักดิ์ อาจสูงเนิน)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

นางสาว..... รองประธานกรรมการ

(นางสาวนรยา ตั้งศิริทรัพย์)

นาย..... กรรมการ


(นายไกรวุฒิ นวลขาว)

นาย..... กรรมการ

(นายศิริวัฒน์ ราษฎร์สุข)

นาย..... กรรมการและเลขานุการ

(นายรัชชานนท์ รักชีพ)



(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์