

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
Amalgamator สำหรับเครื่องวิเคราะห์ปรอท

1. เป็นหลอดแก้วที่บรรจุ Amalgam
2. มีข้อต่อทำด้วยซิลิโคน 2 ชั้น
3. มีทองและซิลิเกตเป็นส่วนประกอบ
4. สามารถใช้ได้กับเครื่องวิเคราะห์ปรอท ยี่ห้อ Milestone รุ่น DMA-80 evo ได้
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2569.

(นายอุดม เจื้อจันทร)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

..... ประธานกรรมการ

(นายชูศักดิ์ อางสูงเนิน)

..... รองประธานกรรมการ  
(นางสาวนรยา ตั้งศิริทรัพย์)

..... กรรมการ  
(นายไกรวุฒิ นวลขาว)

..... กรรมการ  
(นายศิริวัฒน์ ราชณะสุข)

..... รัชชานนท์  
..... กรรมการและเลขานุการ  
(นายรัชชานนท์ รักชีพ)

(นายอุดม เจื้อจันทร)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์