


T053/67
T053/68
T053/69


รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
Immunoaffinity column for Aflatoxin M₁ analysis, 3 mL

1. เป็น columns สำเร็จรูปปริมาตรไม่น้อยกว่า 3 มิลลิลิตร ที่ใช้จับ Aflatoxin M₁ ในน้ำมันและผลิตภัณฑ์นม โดยใช้เทคนิค monoclonal antibody-based affinity chromatography และใช้ในการ clean up ตัวอย่าง เพื่อวิเคราะห์ Aflatoxin M₁ ได้ด้วยเครื่อง HPLC หรือ LC-MS/MS
2. ภายในคอลัมน์บรรจุด้วย
 - 2.1 สารที่มีความจำเพาะกับ Aflatoxin M₁ ซึ่งถูกเคลือบด้วย monoclonal antibodies
 - 2.2 สารละลาย buffer สำหรับป้องกันไม่ให้ monoclonal antibodies แห้ง
3. สามารถวิเคราะห์ Aflatoxin M₁ อยู่ในช่วง 0.01 – 3 ppb
4. การรับรองคุณภาพหรือเงื่อนไขอื่นๆ
 - 4.1 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับวันที่ส่งมอบ
 - 4.2 มีใบรับรองคุณภาพการผลิต (certificate of analysis หรือ analysis data sheet) แนบมาพร้อมกับ lot ของสินค้าที่ส่งมอบ
 - 4.3 เก็บรักษาที่สภาวะและอุณหภูมิตามที่ผู้ผลิตกำหนด ขณะขนส่งจนถึงส่งมอบ
 - 4.4 ผู้เสนอราคาต้องแนบตัวอย่างมาให้ผู้ใช้ทดสอบคุณภาพอย่างน้อย 3 ชิ้น โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ และผลการทดสอบต้องผ่านเกณฑ์ตามที่ผู้ใช้กำหนด
 - 4.5 ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 25 ชิ้นต่อกล่อง
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด


(นายอุดม เจื้อจันทร)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์


ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25๖๕
ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25๖๖


..... ประธานกรรมการ
(นายชูศักดิ์ อางสูงเนิน)



(นายอุดม เจื้อจันทร)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
..... กรรมการ
(นายไกรวุฒิ นวลขาว)

..... รองประธานกรรมการ
(นางสาวนรยา ตั้งศิริทรัพย์)


..... กรรมการ
(นายศิริวัฒน์ ราชณะสุข)

..... กรรมการและเลขานุการ
(นายรัชชานนท์ รักชีพ)


(นายอุดม เจื้อจันทร)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์