

T072/67

T072/68

T072/69


รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

HPLC Column Fused-Core C18, 2.7 μ m, 50 mm x 3.0 mm

1. เป็น HPLC column มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 3.0 มิลลิเมตร ความยาว 50 มิลลิเมตร
2. Stationary phase มีคุณสมบัติดังนี้
 - 2.1 เป็นชนิด Fused-Core Octadecylsilane (C18)
 - 2.2 มีขนาดอนุภาค (particle size) ประมาณ 2.7 ไมโครเมตร
 - 2.3 มีความพรุน (pore size) ประมาณ 90 อังสตรอม
 - 2.4 สามารถใช้งานในช่วง pH 2 - 9 ได้
3. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 และมีใบรับรองการตรวจสอบคุณภาพของ lot ที่ส่งมอบในวันส่งมอบ
4. บรรจุในภาชนะปิดสนิทจากผู้ผลิตโดยตรง
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25๖๕

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25๖๖



..... ประธานกรรมการ
(นายชูศักดิ์ อาจสูงเนิน)


ประธานกรรมการ



(นายอุดม เจื้อจันทร)


ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์


..... รองประธานกรรมการ
(นางสาวนรยา ตั้งศิริทรัพย์)


..... กรรมการ
(นายไกรวุฒิ นวลขาว)


..... กรรมการ
(นายศิริวัฒน์ รัตนะสุข)


..... กรรมการและเลขานุการ
(นายรัชชานนท์ รักชีพ)


(นายอุดม เจื้อจันทร)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์


(นายอุดม เจื้อจันทร)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์