

T073/67

T073/68

T073/69

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

HPLC Column Advanced bonding chemistry and Ultra-high purity silica,
C18, 3 μ m, 2.0 x 150 mm with guard column

1. เป็น HPLC column มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในประมาณ 2.0 มิลลิเมตร ยาวประมาณ 150 มิลลิเมตร
2. Stationary phase มีคุณสมบัติดังนี้
 - 2.1 เป็นชนิด C18 แบบ advanced bonding chemistry และ ultra-high purity silica
 - 2.2 มีขนาดอนุภาค (particle size) ประมาณ 3 ไมโครเมตร และมีความพรุน (pore size) ประมาณ 200 อังสตรอม
 - 2.3 มี surface area ประมาณ 200 ตารางเมตรต่อกรัม
 - 2.4 มี carbon loading ประมาณ 12.9 เปอร์เซ็นต์
 - 2.5 สามารถใช้งานในช่วง pH ตั้งแต่ 1.5 - 10 ได้
 - 2.6 เป็นคอลัมน์แบบ endcapped
3. มี guard column เส้นผ่านศูนย์กลางภายในประมาณ 2.0 มิลลิเมตร ที่มีขนาดอนุภาค 3 ไมโครเมตร อย่างน้อย 3 ชิ้น ซึ่งสามารถประกอบกับ HPLC column ได้
4. การรับรองคุณภาพ
 - 4.1 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
 - 4.2 มีใบรับรองคุณภาพการผลิต (certificate of analysis) แนบมาพร้อมกับ lot ของสินค้าที่ส่งมอบ
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.๖.๘


ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.๖.๙



.....ประธานกรรมการ
(นายชูศักดิ์ อาจสูงเนิน)



(นายอุดม เจือจันทร์)


นาง.....รองประธานกรรมการ
(นางสาวนรยา ตั้งศิริทรัพย์)


.....กรรมการ
(นายไพรัช นวลขาว)


.....กรรมการ
(นายศิริวัฒน์ ราชณะสุข)


.....กรรมการและเลขานุการ
(นายรัชชานนท์ รักชีพ)


(นายอุดม เจือจันทร์)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์


(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์