

T098/67

T098/68

T098/69

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
Gas Clean Filter สำหรับ GC-MS/MS

1. เป็นกระบอกฟیلเตอร์ที่ใช้สำหรับกำจัด น้ำ ออกซิเจน และสารประกอบอินทรีย์ สำหรับ carrier gas ให้มีความบริสุทธิ์สูงก่อนเข้าสู่ระบบเครื่อง GC-MS/MS
2. มี indicator 2 ชนิดที่สามารถแสดงการเปลี่ยนสีเมื่อฟیلเตอร์ดูดซับสารจนเต็มดังนี้
 - 2.1 เปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีเทา สำหรับออกซิเจน
 - 2.2 เปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีน้ำตาลจาง สำหรับความชื้น
3. สามารถต่อเข้ากับฐานและอุปกรณ์ต่อเชื่อมโยง (connecting unit for gas clean GC-MS/MS filter) กับระบบเครื่อง GC-MS/MS ยี่ห้อ Agilent.
4. การรับรองคุณภาพ
 - 4.1 เอกสารรับรองคุณภาพการผลิต (certificate of analysis) ของ lot ที่ผลิต แนบมาพร้อมในวันส่งมอบ
 - 4.2 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25๖๕

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25๖๖

..... ประธานกรรมการ
(นายชูศักดิ์ อาจสูงเนิน)

(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

..... รองประธานกรรมการ
(นางสาวนรยา ตั้งศิริทรัพย์)

..... กรรมการ
(นายไกรวุฒิ นวลขาว)

..... กรรมการ
(นายศิริวัฒน์ رایณะสุข)

..... กรรมการและเลขานุการ
(นายรัชชานนท์ รักชีพ)

(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์