

T110/67

T110/68

T110/69

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

GC Column for Dioxins Analysis, 60 m. x 0.25 mm. ID, 0.25 μ m

1. เป็น GC column มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 0.25 มิลลิเมตร ความยาว 60 เมตร
2. Stationary phase มีคุณสมบัติดังนี้
 - 2.1 สำหรับงานวิเคราะห์สารกลุ่มไดออกซิน
 - 2.2 สามารถแยกไอโซเมอร์ไดออกซินชนิด 2,3,7,8-TCDD และ 2,3,7,8-TCDF ออกจากกันได้เป็นอย่างดี
 - 2.3 มีความหนาของฟิล์มเคลือบ 0.25 ไมโครเมตร
 - 2.4 สามารถทนความร้อนได้ไม่น้อยกว่า 340 องศาเซลเซียส
3. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองตามระบบมาตรฐาน ISO 9001 และมีใบรับรองการตรวจสอบคุณภาพของ lot ที่ส่งมอบในวันส่งมอบ
4. บรรจุในภาชนะที่ปิดสนิทจากผู้ผลิตโดยตรง
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25๖๘.

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25๖๙.



ประธานกรรมการ

(นายชัคดี อางสูงเนิน)




(นายอุดม เจื้อจันทร)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

รองประธานกรรมการ

(นางสาวนรยา ตั้งศิริทรัพย์)




(นายไกรวุฒิ นวลขาว)



(นายศิริวัฒน์ رایณะสุข)

กรรมการและเลขานุการ

(นายรัชชานนท์ รักชีพ)



(นายอุดม เจื้อจันทร)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์



(นายอุดม เจื้อจันทร)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์