

T119/67

T119/68

T119/69

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
Graphite Ferrule สำหรับเครื่อง PTV Injector

1. เป็น ferrule ที่ใช้งานร่วมกับ GC capillary column
2. มีคุณสมบัติดังนี้
 - 2.1 ทำจาก 100% graphite
 - 2.2 สามารถทนอุณหภูมิได้ไม่ต่ำกว่า 450 องศาเซลเซียส
 - 2.3 ใช้กับ column ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 0.1 - 0.25 มิลลิเมตร
3. สามารถใช้กับเครื่อง PTV injector ของเครื่อง GC ยี่ห้อ Thermo Scientific รุ่น TRACE 1310 ได้
4. บรรจุในภาชนะปิดสนิทจากผู้ผลิตโดยตรง ขนาดบรรจุ 10 ชิ้นต่อแพ็ค
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25๕๙

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25๖๐



ประธานกรรมการ


(นายชูศักดิ์ อางสูงเนิน)




(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

นาง รองประธานกรรมการ
(นางสาวนรยา ตั้งศิริทรัพย์)



กรรมการ
(นายไกรวุฒิ นวลขาว)



กรรมการ
(นายศิริวัฒน์ رایณะสุข)

รัชชานนท์ กรรมการและเลขานุการ
(นายรัชชานนท์ รักชีพ)



(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์



(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์