


T124/67
T124/68
T124/69

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
Graphite/Vespel Ferrule สำหรับ MS detector
ยี่ห้อ Thermo Scientific รุ่น TSQ 8000 Evo

1. เป็น ferrule ที่ใช้งานร่วมกับ GC capillary column
2. มีคุณสมบัติดังนี้
 - 2.1 ทำจาก 15% graphite 85% vespel
 - 2.2 สามารถทนอุณหภูมิได้ไม่ต่ำกว่า 350 องศาเซลเซียส
 - 2.3 ใช้กับ column ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 0.1 - 0.25 มิลลิเมตร
 - 2.4 มีขนาดบรรจุ 10 ชิ้นต่อแพ็ค
3. สามารถใช้งานกับ MS detector ยี่ห้อ Thermo Scientific รุ่น TSQ 8000 Evo ได้
4. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด


ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.๖.๘
ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25๖๙



..... ประธานกรรมการ
(นายชูศักดิ์ อางสูงเนิน)



(นายอุดม เจื้อจันท์)


ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์


..... รองประธานกรรมการ
(นางสาวนรยา ตั้งศิริทรัพย์)


..... กรรมการ
(นายไกรวุฒิ นวลขาว)


..... กรรมการ
(นายศิริวัฒน์ ราชณะสุข)


..... กรรมการและเลขานุการ
(นายรัชชานนท์ รักชีพ)


(นายอุดม เจื้อจันท์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์


(นายอุดม เจื้อจันท์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์