

T134/67

T134/68

T134/69


รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

HPLC Column C18 for Amino acid Analysis, 4.0 μ m, 3.9 x 150 mm

1. เป็น HPLC column ทำด้วยโลหะสแตนเลส มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในประมาณ 3.9 มิลลิเมตร ยาวประมาณ 150 มิลลิเมตร
2. Stationary phase มีคุณสมบัติดังนี้
 - 2.1 ใช้สำหรับแยก amino acid derivatives ที่ได้จากการ derivatization
 - 2.2 เป็นชนิด octadecylsilane (C18)
 - 2.3 ขนาดอนุภาค (particle size) ประมาณ 4 ไมโครเมตร และความพรุน (pore size) ประมาณ 60 อังสตรอม
3. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
4. มีใบรับรองการตรวจสอบคุณภาพของ lot ที่ส่งมอบในวันส่งมอบ
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.๖๘

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25๖๙



ประธานกรรมการ

(นายชูศักดิ์ อางสูงเนิน)




(นายอุดม เจือจันทร์)


ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

รองประธานกรรมการ

(นางสาวนรยา ตั้งศิริทรัพย์)




(นายไกรวุฒิ นวลขาว)



(นายศิริวัฒน์ ราชณะสุข)


กรรมการและเลขานุการ

(นายรัชชานนท์ รักชีพ)



(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์



(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์