

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

High-pressure valve stator for Shimadzu autosampler, model SIL-30AC

1. ทำหน้าที่เป็นทางผ่านให้สารสำคัญที่ต้องการวัดปริมาณ เข้าไปใน analytical column และมีอายุการใช้งานอย่างน้อย 20,000 รอบการทำงานหรือประมาณ 6 เดือน หรืออย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนขึ้นอยู่กับการใช้งาน
2. สามารถใช้กับเครื่องฉีดสารตัวอย่างอัตโนมัติ (autosampler) ยี่ห้อ Shimadzu รุ่น SIL-30AC
3. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
4. บรรจุในภาชนะปิดสนิทจากผู้ผลิตโดยตรง
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2569.

(นายอุดม เจื้อจันทร)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

ประธานกรรมการ
(นายชูศักดิ์ อางสูงเนิน)

รองประธานกรรมการ
(นางสาวนรยา ตั้งศิริทรัพย์)

กรรมการ
(นายไกรวุฒิ นวลขาว)

กรรมการ
(นายศิริวัฒน์ รายนะสุข)

กรรมการและเลขานุการ
(นายรัชชานนท์ รักชีพ)

(นายอุดม เจื้อจันทร)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์