

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

HPLC Column C18, 3 μ m, size 4.6 x 150 mm

1. เป็น HPLC column มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในประมาณ 4.6 มิลลิเมตร ความยาวประมาณ 150 มิลลิเมตร
2. Stationary phase มีคุณสมบัติดังนี้
 - 2.1 เป็น C18 ชนิด advanced bonding chemistry และ Ultra-high purity silica
 - 2.2 มีขนาดอนุภาค (particle size) ประมาณ 3 ไมโครเมตร และความพรุน (pore size) ขนาดไม่น้อยกว่า 100 อังสตรอม
 - 2.3 มีเปอร์เซ็นต์คาร์บอนที่ผิวซิลิกา (carbon loading) ไม่น้อยกว่า 22%
 - 2.4 สามารถใช้งานกับ mobile phase ที่มีค่า pH ในช่วง 1.5 – 10 ได้
3. มี guard column เส้นผ่านศูนย์กลางภายในประมาณ 4.6 มิลลิเมตร ภายในบรรจุด้วย sorbent ชนิด C18 มีขนาดอนุภาค (particle size) ประมาณ 3 ไมโครเมตร ขนาดบรรจุ 3 ชิ้นต่อกล่อง และสามารถประกอบเข้ากับ HPLC column ได้
4. การรับรองคุณภาพ
 - 4.1 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
 - 4.2 มีเอกสารรับรองคุณภาพการผลิต แนบมาพร้อมกับ lot ของสินค้าที่ส่งมอบ
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด


 ประธานกรรมการ
 (นายชูศักดิ์ อางสูงเนิน)


 รองประธานกรรมการ
 (นางสาวนรยา ตั้งศิริทรัพย์)


 กรรมการ
 (นายไกรวุฒิ นวลขาว)


 กรรมการ
 (นายศิริวัฒน์ رایณะสุข)


 กรรมการและเลขานุการ
 (นายรัชชานนท์ รักชีพ)


 (นายอุดม เจื้อจันท์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์