

T149/67

T149/68
T149/69


รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

สารละลายมาตรฐาน 100 $\mu\text{S}/\text{cm}$ Conductivity Standard สำหรับเครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้า

1. เป็นสารละลายมาตรฐานสำหรับใช้ calibrate ค่า conductivity
2. มีคุณสมบัติดังนี้
 - 2.1 มีค่าความนำไฟฟ้าเท่ากับ $100 \pm 2 \mu\text{S}/\text{cm}$ โดยมีปริมาณของ
 - 2.1.1 Potassium chloride (KCl) อยู่ในช่วง 0.1 - 1%
 - 2.1.2 Water อยู่ในช่วง 90 - 100%
3. สามารถใช้กับเครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้า ยี่ห้อ Orion ที่มีอยู่ได้
4. การรับรองคุณภาพ หรือเงื่อนไขอื่นๆ
 - 4.1 มีใบรับรองคุณภาพผลิต (certificate of analysis) แนบมาพร้อมกับ lot ของสินค้าในวันส่งมอบ และรับประกันคุณภาพสินค้าตลอดอายุการใช้งาน
 - 4.2 บรรจุในภาชนะที่ปิดสนิทจากผู้ผลิตโดยตรง
 - 4.3 ขนาดบรรจุ 1 ชุด มี 5 ขวด ขวดละไม่น้อยกว่า 60 มิลลิลิตร
 - 4.4 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันส่งมอบ
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.๖.๘

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.๖.๙



ประธานกรรมการ

(นายชูศักดิ์ อางสูงเนิน)



(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

รองประธานกรรมการ

(นางสาวนรยา ตั้งศิริทรัพย์)

กรรมการ


(นายไกรวุฒิ นวลขาว)

กรรมการ

(นายศิริวัฒน์ رایณะสุข)


กรรมการและเลขานุการ

(นายรัชชานนท์ รักชีพ)



(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์



(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์